

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР JAY-8 / JAY-10



ОДИН ВЫХОД



ДВА ВЫХОДА

Благодарим Вас за приобретение кислородного концентратора JAY.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

КОНТАКТЫ

MANUFACTURER: LONGFIAN SCITECH CO., LTD.

ADDRESS: No.413-412 Longxing Building A, Longxing Road, 071051, Baoding, China

HOME PAGE: www.longfian.com





СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация по технике безопасности.....	3
2. Принцип работы.....	6
3. Условия использования.....	6
4. Назначение.....	6
5. Технические характеристики.....	7
6. Описание прибора.....	8
7. Использование.....	9
8. Эксплуатация.....	9
9. Устранение ошибок и неисправностей.....	10
10. Условия хранения и транспортировки.....	11
11. Гарантийные обязательства Производителя.....	11







1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор не предназначен для экстренных ситуаций. Перед использованием прибора, чтобы правильно выбрать скорость потока кислорода и длительность терапии, проконсультируйтесь с Вашим врачом.




Обратите внимание на специальные знаки, используемые в данном руководстве, и их значение:

	Информация, которую необходимо прочитать и принять к сведению, для предотвращения возникновения возможных проблем
	Огнеопасно!
	Применяемый компонент типа В
	Знак соответствия

При размещении

-  Используйте только стабильные и безопасные источники электроэнергии.
-  Если источник электроэнергии становится неустойчивым, прекратите использование прибора.
-  Кислородный концентратор должен использоваться в среде без пыли и токсичных газов.
-  Кислородный концентратор должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении, чтобы вырабатываемый кислород не смешивался с загрязненным воздухом или смогом.
-  Не кладите посторонние предметы на прибор.
-  Всегда устанавливайте концентратор на твердую поверхность. Никогда не размещайте прибор на поверхности, где он может опрокинуться или упасть (например, кровать, диван и т.д.)

Опасность возгорания

-  Кислород сильно способствует горению, поэтому держите концентратор вдали от прямых солнечных лучей и источников огня. Не курите в помещении, где расположен прибор!
-  Храните концентратор вдали от горючих и легковоспламеняющихся веществ.
-  Текстиль и другие материалы, которые в обычных условиях не являются легковоспламеняющимися, могут гореть с высокой интенсивностью в обо-

гащенном кислороде в воздухе.



Спонтанное возгорание может произойти, если масло, жир или другие жирные вещества вступают в контакт с кислородом под давлением. Всегда держите эти вещества вдали от кислородного концентратора.

При эксплуатации



Перед очисткой концентратора от пыли прибор должен быть отключен от электрической сети.



Увлажнитель воздуха и воздушные фильтры необходимо периодически очищать:

- увлажнитель через каждые 3 дня использования;
- фильтр грубой очистки через каждые 100 часов;
- фильтр тонкой очистки через каждые 300 часов.

Радиочастотные помехи

Большинство электронных устройств в той или иной степени чувствительны к радиочастотным помехам. Наличие сильных электромагнитных помех может повлиять на работу дисплея, при этом сам прибор будет продолжать работать. Вблизи данного прибора не следует использовать мобильные (сотовые) телефоны и прочие устройства, которые генерируют сильные электрические или электромагнитные поля.

Дополнительные предупреждения



Если Вы не пользуетесь концентратором, отключите его, т.к. неиспользуемый кислород высокой концентрации, поступающий в помещение, может способствовать возгоранию.



Концентратор не является водонепроницаемым. На него нельзя проливать воду или иные жидкости. Если на концентратор попала вода, немедленно отключите его от электричества.



Никогда не оставляйте работающий концентратор без присмотра.



Использование прибора детьми или инвалидами должно осуществляться под постоянным контролем.



Если в процессе принятия кислорода появились какие-либо побочные эффекты, незамедлительно свяжитесь с Вашим врачом.













Выключите концентратор, если в данный момент его никто не использует.



При работе концентратора, не снимайте крышки прибора. В случае выявления каких-либо неполадок, не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, а обратитесь в ближайший сервисный центр продукции JAY.



Обеспечьте беспрепятственный доступ воздуха к нижней и задней стенкам во время работы во избежание перегрева концентратора.


-  Кислородному концентратору необходимо около 3-5 минут от включения до достижения установленных характеристик кислорода.
-  Концентратор предназначен только для подачи кислорода, при этом концентрация составит примерно $93\pm 3\%$, когда скорость потока достигнет своего номинального значения.
-  В увлажнителе следует использовать дистиллированную или охлажденную кипяченую воду, при этом количество воды должно находиться в допустимых пределах (в соответствии с отметками на увлажнителе).
-  При эксплуатации концентратора используйте только оригинальный увлажнитель. Не заменяйте его увлажнителями других марок по своему усмотрению, иначе это может принести пациенту дискомфорт или другой вред, а также привести к неисправностям в работе концентратора.
-  В случае если индикатор сигнализирует о низком уровне кислорода, свяжитесь с сервисным центром для устранения неполадки.
-  Если Вы открыли регулятор потока на полную мощность, но расходомер показывает 0, немедленно отключите концентратор и проверьте его на наличие неполадок, и, в случае необходимости, обратитесь в сервисный центр.
-  Не включайте и не выключайте концентратор слишком часто без необходимости. Перед тем как включить прибор после выключения, выдержите паузу не менее 5 минут. Это необходимо чтобы оставшийся внутри кислород не повлиял на срок службы прибора.
-  Устанавливайте нужную производительность на расходомере сразу после включения прибора.
-  Обновляйте воду в увлажнителе каждые 2-3 дня, особенно летом. Если Вы не используете концентратор, вылейте воду из увлажнителя и протрите его насухо.
-  Используйте только оригинальные кислородную трубку и увлажнитель с данным концентратором.

Утилизация оборудования

Данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде вследствие неконтролируемой утилизации, пожалуйста, утилизируйте его надлежащим образом, не смешивая с другими отходами, для повторного рационального использования ресурсов. Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, как и куда вернуть прибор для экологически безопасной переработки.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Кислородный концентратор JAY работает по принципу адсорбции, который позволяет выделить кислород, азот и другие газы из окружающего воздуха. Таким образом, при постоянной температуре и включенном питании, кислород, соответствующий медицинским нормам, будет в постоянном режиме отделяться из окружающего воздуха.



3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- температура окружающей среды: 10-40°C
- относительная влажность: 30-85%
- атмосферное давление: 700 hPa-1060 hPa

4. НАЗНАЧЕНИЕ

По медицинским показаниям:

Кислород, вырабатываемый концентратором, предназначен для лечения заболеваний сердца и кровеносной системы, хронических заболеваний легких, головного мозга, хронического туберкулеза и других случаев при нехватке кислорода.

Для поддержания здоровья:


Кислород, вырабатываемый концентратором, будет полезен спортсменам, людям с высокой интеллектуальной нагрузкой, работникам умственного труда и др. для устранения усталости.

Прибор подходит для использования в таких медицинских учреждениях, как больницы, поликлиники, кабинеты врачей, а также в домах отдыха, санаториях, гостиницах и обычных жилых помещениях.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAY-8	JAY-10
Мощность (Вт)	≤530	≤550
Электрические параметры (В/Гц)	220±10% / 50±1	
Производительность (л/мин)	0-8	0-10
Концентрация кислорода на выходе	93±3%	
Давление на выходе (МПа)	0,04-0,07	
Тревожные сигналы	Перебои питания, низкое и высокое давление, перегрев, низкая концентрация кислорода, напоминание о необходимости очистки фильтра	
Уровень шума (дБ)	≤50	
ЖК-дисплей	<p>Количество включений – Сколько раз концентратор включали;</p> <p>Давление – Рабочее давление компрессора (МПа);</p> <p>Время сеанса/таймер – Если Вы не устанавливали таймер, то отображается время, которое прибор проработал за сеанс. Если Вы устанавливали таймер, то отображается время, которое осталось до выключения прибора.</p> <p>Суммарное время – Сколько часов суммарно отработал концентратор</p> <p>После каждых 300 часов отработанных часов будет загораться желтая лампа, напоминающая о том, что следует произвести замену (очистку) фильтра тонкой очистки.</p>	
Информация на дисплее	<p>Количество включений</p> <p>Давление (дискретность – 0,001 МПа)</p> <p>Время сеанса/таймер (дискретность – 1 мин)</p> <p>Суммарное время (часы)</p>	
Вес нетто (кг)	26	27
Размер (мм)	365x375x600 ±5%	
Уровень концентрации кислорода (опция)	После включения прибора кислород достигает необходимого уровня примерно через 3-5 минут. Когда концентрация на выходе будет составлять более 85%, загорится зеленая лампа. Если красная лампа горит более 10 минут, свяжитесь с сервисным центром. Зеленая лампа – норма.	

6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Сигнальные лампы

Описание ламп:

O.P.: питание (зеленая лампа)

P.F.: перебои питания (красная лампа и непрерывный звуковой сигнал)

H.P.: высокое давление (красная лампа и прерывистый звуковой сигнал, автоматическое отключение)

L.P.: низкое давление (желтая лампа и прерывистый звуковой сигнал)

H.T. высокая температура (красная лампа и непрерывный звуковой сигнал, автоматическое отключение)

H.O₂: концентрация кислорода $\geq 85\%$ (зеленая лампа)(опция)

L.O₂: концентрация кислорода $< 72\%$ (красная лампа)(опция)

2. Кнопка включения/выключения питания

3. Расходомер (показывает скорость потока кислорода на выходе, л/мин)

4. Регулятор потока кислорода (регулирует и контролирует скорость потока кислорода на выходе)

5. Фильтр грубой очистки (при замене используйте только оригинальные воздушные фильтры для данного концентратора)

6. Выход для ингаляций для подключения небулайзера (опционально)

7. Регулятор потока выхода для ингаляций (опционально)

8. ЖК-дисплей

При включении дисплей загорается, через 15 минут он возвращается в режим экранной заставки в целях экономии электроэнергии. Но если нажать правую кнопку таймера, то экран снова загорится.

9. Кнопки таймера

Две кнопки используются для установки времени: нажимайте левую кнопку (^) для увеличения времени сеанса кислородотерапии, добавляя тем самым по 10 минут,

и нажимайте правую кнопку (✓) для уменьшения времени на 10 минут. Если правой кнопкой (✓) Вы снизите время до «0», концентратор выключится автоматически.

10. Увлажнитель

Вода, заливаемая в увлажнитель, предназначена для увлажнения поступающего пациенту кислорода, т.к. сухой кислород высушивает горло и слизистую оболочку носа.

11. Отсек для хранения (используется для хранения трубок и других аксессуаров)

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Последовательность действий

1. Отделите резервуар увлажнителя от крышки прокрутив его по часовой стрелке. Налейте надлежащее количество дистиллированной или остывшей кипяченой воды в пределах допустимого диапазона. Установите увлажнитель на место прокрутив его против часовой стрелки.

2. Подсоедините сетевой шнур к разъему питания прибора и подключите его к розетке. После этого нажмите кнопку включения/выключения питания, чтобы включить концентратор. Загорится зеленая лампа «питание».

3. Отрегулируйте выходной поток кислорода в соответствии с требуемым значением. Красная отметка на шкале показывает предельное значение, до которого можно довести регулятор.

4. Подсоедините один конец кислородной трубки с назальной канюлей (либо с маской) к выходу на увлажнителе. Введите назальную канюлю в полость носа (либо зафиксируйте маску на лице) и приступайте к сеансу кислородотерапии. Длительность сеанса назначает врач.

5. После завершения процедуры выключите питание с помощью переключателя на корпусе концентратора, а затем отсоедините прибор от розетки.

6. Если необходимо установить продолжительность сеанса, проведите следующие действия: нажмите одну из кнопок таймера, после чего начнет мигать время. Нажатием кнопок (∧) и (∨) установите время сеанса. При необходимости можно будет корректировать время нажатием этих кнопок.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Уход

Отключив концентратор от электрической розетки, протрите внешний корпус прибора мягкой тканью, смоченной в воде или мягком моющем средстве, после этого протрите сухой тканью. Делайте это не реже одного-двух раз в месяц.

2. Очистка фильтров грубой очистки

Очень важно чистить фильтры грубой очистки минимум 2 раза в месяц или через каждые 100 часов работы (что наступит раньше). Для этого снимите 2 фильтра с двух боковых сторон прибора, очистите их моющим средством, затем тщательно промойте водой и дайте им высохнуть. Устанавливайте фильтры на место только после того, как они полностью высохнут.

ВНИМАНИЕ!!! Не используйте концентратор без установленных фильтров или если фильтры влажные. Это может привести к поломке прибора.

3. Очистка фильтра тонкой очистки

Чистить фильтр тонкой очистки следует через каждые 300 часов работы прибора. Откройте отсек для хранения и снимите крышку при помощи отвертки. Фильтр тонкой очистки расположен в специальном корпусе угловой части. Снимите корпус с фильтром, поворачивая его против часовой стрелки, выньте фильтр и очистите его с помощью моющего средства. После этого промойте фильтр чистой водой и дайте ему полностью высохнуть в чистом помещении. Установите корпус с фильтром на место, закручивая его по часовой стрелке. При помощи отвертки установите внутреннюю крышку на место и закройте отсек для хранения.

4. Замена предохранителя

Перед заменой предохранителя отсоедините сетевой шнур от концентратора. С помощью маленькой отвертки выньте блок с предохранителями, который находится под разъемом сетевого шнура. Замените предохранитель. Повторите действия в обратном порядке.

5. Батарея

В концентраторе установлена аккумуляторная Ni-MH батарея (3,6В/40 мАч). Она припаяна к основной плате, на которой также имеется схема зарядки, поэтому батарея может использоваться длительное время. Однако если Вы не используете концентратор длительное время, аккумуляторная батарея будет находиться в состоянии покоя, и ее срок службы уменьшится. Поэтому, если Вы не используете концентратор постоянно, пожалуйста, включайте его, по крайней мере, один раз в месяц, чтобы батарея могла зарядиться.

Если при самостоятельной замене фильтров и предохранителя у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться в сервисный центр продукции JAY.

9. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом	Причина	Способ решения
Ничего не происходит после включения питания	Отсутствует соединение с электрической розеткой	Удостоверьтесь, что сетевой шнур подсоединен к прибору и подключен к сети
Распыление кислорода не происходит или уровень его недостаточен	1. Кислородная трубка отсоединилась 2. Кислородная трубка повреждена или пережата 3. Загрязнены фильтры 4. Расходомер установлен на «0»	1. Подсоедините ее заново 2. Убедитесь в отсутствии повреждений и перегибов 3. Проведите очистку фильтров 4. Установите выходной поток в соответствии с требуемым значением

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температура окружающего воздуха: -20 - +45°C

Относительная влажность: ≤95%

Атмосферное давление: 500-1060 hPa

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В случае возникновения дефектов в оборудовании по вине производителя в течение гарантийного срока, они будут устранены бесплатно, но при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации оборудования, заявленных изготовителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, быстроизнашивающиеся части, элементы питания, на ремонт и замену частей по причине их нормального износа.

Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только в момент покупки.

Гарантийный срок на концентратор кислорода JAY-10 – 1 год с даты при выполнении требований настоящей инструкции.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею

Подпись покупателя _____ ФИО _____

Гарантийный талон	
Наименование	JAY-10
Серийный номер	
Срок гарантии	1 год
Дата продажи	
Подпись	

М.П.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- несоответствия серийных номеров и модели изделия данным, внесенным в гарантийный талон;
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки, вследствие небрежного хранения по вине покупателя, транспортной организации;
- попадание на корпус или внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д., (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри прибора);
- наличие пыли и грязи внутри корпуса прибора;
- эксплуатация при нестабильном напряжении в электросети (отклонение частоты от номинальной более 0,5%, напряжение более 10%);
- при использовании расходных материалов, качество которых не соответствует требованиям, изложенных в инструкции по эксплуатации
- в случае нарушения пломб фирмы-производителя в устройствах или узлах изделия, включая цели изменения модификации;
- в случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами.
- поломки, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (например, стихийные бедствие, военные действия, забастовки и др).

В случае если в результате проведенной диагностики (экспертизы) специалистами сервисной службы Производителя никаких неисправностей не выявлено или выявлено, что данный случай не является гарантийным, стоимость диагностики, ремонта и транспортные издержки, связанные с этим случаем оплачиваются Покупателем, согласно статье 18 пункта 5, закона РФ «О защите прав потребителя».

Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу, если он вызван несоблюдением правил эксплуатации

